

Wyniki i omówienie

Tabela 1. Średnie wartości odzysku (Log CFU/cm²) z zaszczepionych płytek ze stali nierdzewnej H1N1 wirusa grypy leczonych przy użyciu komórkowej RCI™ przez okres 1, 2, 4, 6, 8, 12 i 24 godzin

Próbka	Grypa A H1N1 Leczona komórką RCI	Próbka kontrolna Grypy A H1N1
Początek – Czas 0	6.8	6.9
1 godzina	4.1	6.7
2 godziny	3.4	6.4
4 godziny	1.2	6.1
6 godzin	BDL	5.5
8 godzin	BDL	5.7
12 godzin	BDL	5.7
24 godziny	BDL	5.7

